

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

**Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2004/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura ⁽¹⁾***[Pubblicazione dei riferimenti a documenti normativi elaborati dall'OIML ed elenco delle loro parti corrispondenti ai
requisiti essenziali (in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva)]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2014/C 76/01)

MI-002: Contatori del gas

in relazione a:

— OIML R 137, edizione 2012

Note:

La colonna «Osservazioni» indica la conformità di OIML R 137 al requisito pertinente della direttiva 2004/22/CE.

L'indicazione «coperto» significa che:

- il requisito di OIML R 137 è identico a quello della direttiva 2004/22/CE; o
- il requisito di OIML R 137 è più rigido di quello della direttiva 2004/22/CE; o
- tutti i requisiti di OIML R 137 sono conformi ai requisiti della direttiva 2004/22/CE (anche quando la direttiva 2004/22/CE consente alternative);
- qualora il requisito non sia pienamente coperto, viene fornita una breve spiegazione di quanto è coperto.

L'indicazione «non coperto» significa che il requisito della direttiva 2004/22/CE non è compatibile con il corrispondente requisito di OIML R 137 o non è incluso in esso.

L'indicazione «non pertinente» significa che il requisito dell'allegato I della direttiva 2004/22/CE non è pertinente per i contatori del gas.

Requisiti essenziali della direttiva MID (Allegato I e MI-002)	OIML R 137 (2012)	Osservazioni
ALLEGATO 1		
1.1	5.3.1	Coperto salvo per le portate da Q_{min} a Q_t
1.2	5.13.7 5.13.3 5.13.7	Coperto

⁽¹⁾ GU L 135 del 30.4.2004.

Requisiti essenziali della direttiva MID (Allegato I e MI-002)	OIML R 137 (2012)	Osservazioni
1.3	5.1	Coperto
1.3.1	5.1	Coperto
1.3.2	5.12 A.5.1 A.5.2	Coperto eccetto M3 (M3 non è pertinente)
1.3.3	5.13.7	Coperto salvo per E2 e E3 (E2 e E3 non sono pertinenti)
1.3.4	5.13.7	Coperto solo per variazioni di tensione a meno che la progettazione dello strumento sia tale da impedire ad altre grandezze di influenzare in misura significativa l'accuratezza dello strumento.
1.4		
1.4.1	Capitolo 5 A.1	Coperto
1.4.2	A.4.2.1 A.4.2.2	Coperto
2	5.6	Coperto, salvo per $Q_{\min} \leq Q \leq Q_t$
3	5.7	Coperto
4	6.3.3	Coperto
5	5.10	Coperto
6	6.1.1 6.7	Coperto
7		
7.1	6.1.4 9.1.1	Coperto
7.2	6	Coperto
7.3	5.11 6.7.2	Coperto salvo per le portate inferiori a Q_{\min}
7.4		Non pertinente
7.5	6.1.1 6.1.4	Coperto
7.6	6.4.1 12.2 I.1.1 Allegato I	Coperto

Requisiti essenziali della direttiva MID (Allegato I e MI-002)	OIML R 137 (2012)	Osservazioni
8		
8.1	5.13.8 6.5.1 9.1.4.2	Coperto
8.2	9.1.1 9.1.3	Coperto
8.3	I.1.1 I.1.3	Coperto
8.4	I.1.3	Coperto
8.5	6.3.1	Coperto
9		
9.1	7	Coperto
9.2	7.1	Coperto
9.3	8.1	Coperto
9.4	8.1	Coperto
9.5	6.4.2 6.3.1	Coperto
9.6		Non pertinente
9.7	4.1	Coperto
9.8	7.1	Coperto
10		
10.1	6.3.1	Coperto
10.2	6.3.1	Coperto
10.3	3.1.8	Coperto
10.4		Non pertinente
10.5	6.1.5	Coperto, salvo per un visualizzatore a distanza
11		
11.1		Non pertinente
11.2		Non pertinente
12	10 11.1.1 12.3	Coperto

Requisiti essenziali della direttiva MID (Allegato I e MI-002)	OIML R 137 (2012)	Osservazioni
ALLEGATO MI-002		
Definizioni	3.1.1 3.3.3 3.3.2 3.3.4 3.4.3 e 5.11	Coperto
1	12.2	Coperto
1.1	5.2	Coperto per la classe 1,5 se $Q_{\max}/Q_{\min} \geq 150$ Coperto per la classe 1,0 se $Q_{\max}/Q_{\min} \geq 20$
1.2	5.1 12.6.7.1	Coperto
1.3	5.1	Coperto
1.4	5.1	Coperto
1.5	5.1	Coperto
2		
2.1	5.3 5.4	Coperto
2.2	5.3.5	Coperto, eccetto quando la temperatura selezionata t_{sp} non è situata tra i 15 °C e 25 °C
3		
3.1		
3.1.1	5.13.7	Coperto salvo per campi elettromagnetici a radiofrequenze irradiati e condotti
3.1.2	12.6.15	Coperto
3.1.3	Tabella 5 3.2.7	Coperto per la prima clausola del requisito
3.2	5.13.3	Coperto
4		
4.1		
4.1.1	5.10	Coperto
4.1.2	5.10	Coperto
4.2		
4.2.1	5.10	Non coperto

Requisiti essenziali della direttiva MID (Allegato I e MI-002)	OIML R 137 (2012)	Osservazioni
4.2.2	5.10	Non coperto
5		
5.1	6.6.2	Non Coperto
5.2	6.6.4	Coperto da una delle alternative quando la batteria ha una durata di 5 anni
5.3	6.3.2	Non coperto
5.4	12.6.4	Coperto
5.5	6.4.1	Coperto
5.6	5.13.2	Coperto
6	4.1	Coperto in caso di impiego dell'unità kg o m ³

MI-006: Riempitrici gravimetriche automatiche

in relazione a:

— OIML R 61-1 edizione 2004 (E) e D 11 edizione 2004 (E)

Note:

La colonna «osservazioni» indica la conformità di OIML R 61-1 e D 11 al requisito pertinente della direttiva 2004/22/CE.

L'indicazione «coperto» significa che:

- il requisito di OIML R 61-1 e D 11 è identico a quello della direttiva 2004/22/CE; o
- il requisito di OIML R 61-1 e D 11 è più rigido rispetto a quello della direttiva 2004/22/CE; o
- tutti i requisiti di OIML R 61-1 e D 11 sono conformi ai requisiti della direttiva 2004/22/CE (anche quando la direttiva 2004/22/CE consente alternative);
- qualora il requisito non sia pienamente coperto, viene fornita una breve spiegazione di quanto è coperto.

L'indicazione «non coperto» significa che il requisito della direttiva 2004/22/CE non è compatibile con il corrispondente requisito di OIML R 61-1 e D 11 o non è incluso in esso.

L'indicazione «non pertinente» significa che il requisito dell'allegato I della direttiva 2004/22/CE non è pertinente per le riempitrici gravimetriche automatiche.

Requisiti essenziali di cui alla direttiva MID (allegato I e MI- 006 parte comune e capitolo V)	OIML R 61-1 edizione 2004 (E) e D 11 2004 (E)	Osservazioni
Allegato I		
1.1	2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 4.1.1	Coperto
1.2	4.1.2	Coperto (salvo per i campi elettromagnetici continui permanenti)
1.3	5.2.1	Coperto
1.3.1	2.8.1, 4.2.1, 5.2.1, 2.8.1	Coperto salvo per l'umidità con condensazione e per l'ubicazione prevista

Requisiti essenziali di cui alla direttiva MID (allegato I e ML- 006 parte comune e capitolo V)	OIML R 61-1 edizione 2004 (E) e D 11 2004 (E)	Osservazioni
1.3.2		Non pertinente
1.3.3		
a) E1 a) E2		
a) E3	D11 (14.2.2)	Coperto a condizione che l'impulso di prova 5 sia impiegato conformemente alla norma ISO 7637-2:2004.
b)	A.6.4, 4.1.2, 4.2.3 A.6.3.1, D11 (13.4) A.6.3.2, D11 (13.5), D11 (12.4) A.6.3.3 A.6.3.4.1, D11 (12.1.1), A.6.3.4.2, D11 (12.1.2), D11 (13.8), D11 (12.5),	Coperto a condizione che siano utilizzati i livelli di severità specificati in OIML D11:2004.
1.3.4	2.8.2, A.6.2.4, 2.8.3, 4.2.6, A.6.4 A.6.3.2, D11 (13.3), D11 (12.3) 4.2.4, A.5.2, T.3.13, 2.8.4, A.6.2.5, 2.8.1.3, A.6.2.2	Coperto
1.4		
1.4.1	A.6, A.6.1.1, allegato A	Coperto
1.4.2	4.2.1, A.6.2.3	Coperto salvo per la prova di calore umido con condensazione
2	4.3.3, A.7	Coperto
3		Coperto da tutte le altre prove
4		Coperto da tutte le altre prove
5	4.1.3, 4.3.3, A.7	Coperto
6	3.2.2, 3.2.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.1.2, 4.2	Coperto
7		
7.1	3.2.1, 3.2.2	Coperto
7.2	3.1	Coperto
7.3		Non pertinente
7.4		Non pertinente

Requisiti essenziali di cui alla direttiva MID (allegato I e MI- 006 parte comune e capitolo V)	OIML R 61-1 edizione 2004 (E) e D 11 2004 (E)	Osservazioni
7.5	3.1	Coperto
7.6	3.7, A.8, T.1.9, 3.12, 6.4, 6.5.2, T 2.1.4, 3.2.3, 3.2.4	Coperto salvo per le procedure di test
8		
8.1	3.2.3, 3.2.4, 3.3.3, 4.2.5	Coperto
8.2	3.2.3, 3.2.4	Coperto
8.3	3.2.4	Coperto
8.4	3.2.2, 3.2.3, 3.2.4	Coperto
8.5		Non pertinente
9		
9.1	3.10	Coperto
9.2		Non pertinente
9.3		Non coperto
9.4		Non pertinente
9.5	3.3.2	Coperto
9.6		Non pertinente
9.7	2.9	Coperto
9.8	3.10.4, 3.11	Coperto
10		
10.1	T.2.3, 3.3	Coperto
10.2	da 3.3.1 a 3.3.4	Coperto
10.3	3.3.3	Non coperto
10.4		Non pertinente
10.5		Non pertinente
11		
11.1		Non pertinente
11.2		Non pertinente
12	3.7	Coperto

Requisiti essenziali di cui alla direttiva MID (allegato I e MI- 006 parte comune e capitolo V)	OIML R 61-1 edizione 2004 (E) e D 11 2004 (E)	Osservazioni
Allegato MI-006		
Definizioni	T.1.6, T.1.7, T.1.8	Coperto

Capitolo I - Requisiti comuni a tutti gli strumenti per pesare a funzionamento automatico

1	5.1.1, 4.1.1, 5.2.1	Coperto
1.1	2.6, T.3.7, T.3.8	Coperto
1.2	2.8.2, 2.8.3	Coperto
1.3	2.8.1	Coperto
1.4	3.10.1, 3.10.3	Coperto
2		
3		
3.1	T.2.1.3, T.2.1.4, 2.8.4, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7	Coperto
3.2	3.4, 3.5, 3.6, 3.7	Coperto
3.3	3.3.1, 3.4, 3.5, 3.6	Coperto
3.4	4.2.2	Coperto
3.5	T.2.4, 3.8, T.2.5, 3.8.5, 3.8.6	Coperto
3.6	3.3.3, 3.8.5.2	Coperto
4		

Capitolo III - Riempitrici gravimetriche automatiche

1		
1.1	5.2.1, 2.1, 2.2.2	Coperto
1.2	2.1, 2.2.1, 2.2.2, 5.3.4	Coperto
1.3	2.2.1	Coperto
1.4	2.2.2	Coperto
2		
2.1		
2.1.1	2.5	Coperto
2.1.2	2.5, A.6.1.3.2, T.3.10	Coperto
2.2	2.2.2, Tabella 1, 5.3.2, 2.3, T.3.2	Coperto

Requisiti essenziali di cui alla direttiva MID (allegato I e MI- 006 parte comune e capitolo V)	OIML R 61-1 edizione 2004 (E) e D 11 2004 (E)	Osservazioni
2.3	2.4, T.3.3	Coperto
3		
3.1	2.5, T.3.4	Coperto
3.2	4.1.2, 4.2.3, T.3.1, A.6.1.3.1	Coperto
3.3	5.2.1, T.3.9, 2.7, T.3.12	Coperto

MI-006: Pese a ponte per veicoli ferroviari

in relazione a:

— OIML R 106-1 edizione 1997 (E) e D 11 edizione 2004 (E)

Note:

La colonna «osservazioni» indica la conformità di OIML R 106-1 e D 11 al requisito pertinente della direttiva 2004/22/CE.

L'indicazione «coperto» significa che:

- il requisito di OIML R 106-1 e D 11 è identico a quello della direttiva 2004/22/CE; o
- il requisito di OIML R 106-1 e D 11 è più rigido rispetto a quello della direttiva 2004/22/CE; o
- tutti i requisiti di OIML R 106-1 e D 11 sono conformi ai requisiti della direttiva 2004/22/CE (anche quando la direttiva 2004/22/CE consente alternative);
- qualora il requisito non sia pienamente coperto, viene fornita una breve spiegazione di quanto è coperto.

L'indicazione «non coperto» significa che il requisito della direttiva 2004/22/CE non è compatibile con il corrispondente requisito di OIML R 106-1 e D 11 o non è incluso in esso.

L'indicazione «non pertinente» significa che il requisito dell'allegato I della direttiva 2004/22/CE non è pertinente per le pese a ponte per veicoli ferroviari.

Requisiti essenziali di cui alla direttiva MID (allegato I e MI-006 parte comune e capitolo VI)	OIML R 106-1 edizione 1997 (E) e D 11 edizione 2004 (E)	Osservazioni
Allegato I		
1.1	2.2.1, 4.1.1	Coperto
1.2	4.1.2, 4.3.4	Coperto (ma R 106-1 non contempla il campo elettromagnetico continuo permanente)
1.3	5.1.1	Coperto
1.3.1	2.9.1, 4.3.3, 5.1.1, (A.8.1, A.8.2), 2.9.1	Coperto, ma R 106-1 non fa alcun riferimento all'umidità con condensazione o all'ubicazione prevista
1.3.2		Non pertinente
1.3.3		

Requisiti essenziali di cui alla direttiva MID (allegato I e MI-006 parte comune e capitolo VI)	OIML R 106-1 edizione 1997 (E) e D 11 edizione 2004 (E)	Osservazioni
a) E1		
a) E2		
a) E3	D11 (14.2.2),	Coperto a condizione che l'impulso di prova 5 sia impiegato conformemente alla norma ISO 7637-2:2004.
b)	(4.1.2, 4.3.4) A.9.1, D11 (13.4), A.9.2, D11 (12.4), D11 (13.5) A.9.3 A.9.4, D11 (12.1.1) D11 (12.1.2) D11 (13.8), D11 (12.5)	Coperto a condizione che siano utilizzati i livelli di severità specificati in OIML D11 (2004)
1.3.4	2.9.2, 4.3.7, A.8.3 / 2.9.3, 4.3.8, A.8.4, D11 (13.3) D11 (12.3) 4.3.5, A.7.1	Coperto
1.4		
1.4.1	5.1.3.2, A.8, allegato A	Coperto
1.4.2	4.3.3, A.8.2	Coperto salvo per la prova di calore umido con condensazione
2	4.4.3, A.10	Coperto
3		Coperto da tutte le altre prove
4	2.8.1.6, A.6.5.3	Coperto
5	4.1.3, 4.4.3, A.10	Coperto
6	3.3, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 4.1.2, 4.3.1, 4.3.4	Coperto
7		
7.1	2.7, 2.10, 3.2, 3.3.1	Coperto salvo per la non agevolazione dell'impiego fraudolento
7.2	3.2	Coperto
7.3		Non pertinente
7.4		Non pertinente
7.5	3.2, 3.5.2	Coperto
7.6	3.5.1, 2.8.3.2, 2.8.1, A.11.3	Coperto salvo per le procedure di test e per i software collegati

Requisiti essenziali di cui alla direttiva MID (allegato I e MI-006 parte comune e capitolo VI)	OIML R 106-1 edizione 1997 (E) e D 11 edizione 2004 (E)	Osservazioni
8		
8.1	4.3.6	Coperto
8.2	3.3.1, 3.3.2	Coperto
8.3		Non coperto
8.4		Non coperto
8.5		Non pertinente
9		
9.1	3.6	Coperto
9.2		Non pertinente
9.3	A1	Non coperto
9.4		Non pertinente
9.5	2.3, 3.4.1	Coperto
9.6		Non pertinente
9.7	3.6.1, 3.6.2.1	Coperto
9.8	3.6.5, 3.7	Coperto
10		
10.1	3.1, 3.4.1, 3.4.2	Coperto
10.2	2.6, 3.4.1, 3.4.2	Coperto
10.3		Non coperto
10.4		Non pertinente
10.5		Non pertinente
11		
11.1	3.1, 3.4.2	Coperto
11.2	3.1	Non coperto
12	5	Coperto
Allegato MI-006		
Definizioni	T.1.1, T.1.2, T.1.3	Coperto

Requisiti essenziali di cui alla direttiva MID (allegato I e MI-006 parte comune e capitolo VI)	OIML R 106-1 edizione 1997 (E) e D 11 edizione 2004 (E)	Osservazioni
---	---	--------------

Capitolo I - Requisiti comuni a tutti gli strumenti per pesare a funzionamento automatico

1	5.1.1	Coperto
1.1	2.4, tabella 3	Coperto
1.2	2.9.2, 4.3.7, 2.9.3, 4.3.8	Coperto
1.3	2.9.1	Coperto
1.4	3.4.4, 3.6.4	Coperto
2		
3		
3.1	3.1, 3.4.4, 3.4.5	Coperto
3.2	3.1, 3.5	Coperto
3.3	3.4.1	Coperto
3.4	4.3.2	Coperto
3.5	3.3.5, A.6.2, 2.8.1.2, A.6.5.1	Coperto
3.6	3.4.3	Coperto
4		

Capitolo VI - Pese a ponte per veicoli ferroviari

1	2.1	Coperto
2		
2.1	2.2.1, 2.8.2	Coperto
2.2	2.8.2.1	Coperto
2.3	2.8.2.2	Coperto
2.4	2.2.1	Coperto
3	2.3	Coperto
4		
4.1	2.4	Coperto
4.2	2.5	Coperto
5		
5.1	2.2.2 (tabella 2)	Coperto
5.2	T.4.2.5, 4.1.2, 4.3.4, A.9	Coperto

MI-006: Totalizzatori a funzionamento continuo

in relazione a:

— OIML R 50-1 edizione 1997, (E) e D 11 edizione 2004, (E)

Note:

La colonna «osservazioni» indica la conformità di OIML R 50-1 e D 11 al requisito pertinente della direttiva 2004/22/CE.

L'indicazione «coperto» significa che:

- il requisito di OIML R 50-1 e D 11 è identico a quello della direttiva 2004/22/CE; o
- il requisito di OIML R 50-1 e D 11 è più rigido rispetto a quello della direttiva 2004/22/CE; o
- tutti i requisiti di OIML R 50-1 e D 11 sono conformi ai requisiti della direttiva 2004/22/CE (anche quando la direttiva 2004/22/CE consente alternative);
- qualora il requisito non sia pienamente coperto, viene fornita una breve spiegazione di quanto è coperto.

L'indicazione «non coperto» significa che il requisito della direttiva 2004/22/CE non è compatibile con il corrispondente requisito di OIML R 50-1 e D 11 o non è incluso in esso.

L'indicazione «non pertinente» significa che il requisito dell'allegato I della direttiva 2004/22/CE non è pertinente per i totalizzatori a funzionamento continuo.

Requisiti essenziali di cui alla direttiva MID (allegato I e MI-006 parte comune e capitolo V)	OIML R 50-1 edizione 1997 (E) e D 11 edizione 2004 (E)	Osservazioni
Allegato I		
1.1	4.1.1, 2.2.1, 2.2.3	Coperto
1.2	4.1.2, 4.3, 4.5.2	Coperto (salvo per i campi elettromagnetici continui permanenti)
1.3	5.1.1	Coperto
1.3.1	2.5.4.1, 4.5.1	Coperto salvo per l'umidità con condensazione e per l'ubicazione prevista
1.3.2		Non pertinente
1.3.3		
a) E1		
a) E2		
a) E3	D11 (14.2.2)	Coperto a condizione che l'impulso di prova 5 sia impiegato conformemente alla norma ISO 7637-2:2004.
b)	4.1.2 e 4.5.2 A.8.1, D11 (13.4) A.8.2, D11 (13.5), D11 (12.4) A.8.3 A.8.4, D11 (12.1.1), D11 (12.1.2) D11 (13.8), D11 (12.5)	Coperto a condizione che siano utilizzati i livelli di severità specificati in OIML D11 (2004)

Requisiti essenziali di cui alla direttiva MID (allegato I e MI-006 parte comune e capitolo V)	OIML R 50-1 edizione 1997 (E) e D 11 edizione 2004 (E)	Osservazioni
1.3.4	2.5.4.3, 4.5.5, A.7.4, 2.5.4.4, 4.5.6, A.7.5 D11 (13.3) D11 (12.3) A.9.4, 4.5.3, A.6.1.1, A.6.1.2 (T.4.9) 2.5.2, A.6.3.2 2.5.1, A.6.3.1 2.5.4.2, A.7.2	Coperto
1.4		
1.4.1	5.1.3.4, allegato A	Coperto
1.4.2	4.5.1, A.7.3	Coperto salvo per la prova di calore umido con condensazione
2		Coperto da tutte le altre prove
3	2.5.5.1, A.9.1, 2.6.1	Coperto
4	2.5.5.2, A.9.2, 2.5.5.3, A.9.3, 2.6.3, A.10.2	Coperto
5	4.1.3	Coperto
6	da 3.2.1 a 3.2.6, 3.3.1, 3.4, da 3.6 a 3.8, 4.1.2, 4.3	Coperto
7		
7.1	2.2.2, 3.1, 3.2, 3.3.6, 3.10	Coperto
7.2	3.1	Coperto
7.3		Non pertinente
7.4		Non pertinente
7.5	3.1, 3.7, 3.8	Coperto
7.6	5.2.1.1, A.10, A.11	Coperto salvo per le procedure di test Software non coperto
8		
8.1	3.2.6, 3.9, 4.5.4	Coperto
8.2	3.10	Coperto
8.3		Non coperto
8.4		Non coperto

Requisiti essenziali di cui alla direttiva MID (allegato I e MI-006 parte comune e capitolo V)	OIML R 50-1 edizione 1997 (E) e D 11 edizione 2004 (E)	Osservazioni
8.5		Non pertinente
9		
9.1	3.11	Coperto
9.2		Non pertinente
9.3		Non coperto
9.4		Non pertinente
9.5	3.3.2, 3.3.1	Coperto
9.6		Non pertinente
9.7	3.11	Coperto
9.8	3.11.5, 3.12	Coperto
10		
10.1	3.3	Coperto
10.2	3.3	Coperto
10.3	3.3.1	Coperto solo per la stampa
10.4		Non pertinente
10.5		Non pertinente
11		
11.1	3.3	Non coperto
11.2		Non coperto
12	5	Coperto
Allegato MI-006		
Definizioni	T1.1, T.1.2, T1.3	Coperto
Capitolo I - Requisiti comuni a tutti gli strumenti per pesare a funzionamento automatico		
1	4.1.1, 5.1.1	Coperto
1.1	T.4.4, 5.1.1	Coperto
1.2	2.5.4.3, 2.5.4.4, 5.1.1	Coperto
1.3	2.5.4.1, 5.1.1	Coperto
1.4	2.4, 5.1.1	Coperto

Requisiti essenziali di cui alla direttiva MID (allegato I e MI-006 parte comune e capitolo V)	OIML R 50-1 edizione 1997 (E) e D 11 edizione 2004 (E)	Osservazioni
2		
3		
3.1	3.1, 3.6, 3.7, 3.8, 4.1.1	Coperto
3.2	3.8	Coperto
3.3	3.2.4, 3.3.1	Coperto
3.4	4.4	Coperto
3.5	2.5.3, 2.5.5.4, 2.5.5.5, 3.5, A.6.3.3, A.6.3.4, 2.6.2, A.10.1, 2.6.3, A.10.2, 2.6.4, A.10.3	Coperto
3.6	3.4	Non coperto
4		

Capitolo V - Totalizzatori a funzionamento continuo

1	2.1	Coperto
2		
2.1	2.3, 2.4, 5.1.1	Coperto
2.2	2.3	Coperto
3	2.2.1 - tabella 1	Coperto
4	5.1.1, 3.8.3, 3.8 (4° richiamo)	Coperto
5	3.2.2	Coperto
6		
6.1	2.2.3	Coperto
6.2	T.5.5	Coperto

MI-006: Totalizzatori a funzionamento discontinuo

in relazione a:

— OIML R 107-1 edizione 2007 (E)

Note:

La colonna «osservazioni» indica la corrispondenza fra l'OIML R 107-1 e il requisito pertinente della direttiva 2004/22/CE.

L'indicazione «coperto» significa che:

- il requisito di OIML R 107-1 è identico a quello della direttiva 2004/22/CE; o
- il requisito di OIML R 107-1 è più rigido di quello della direttiva 2004/22/CE; o

— tutti i requisiti di OIML R 107-1 sono conformi ai requisiti della direttiva 2004/22/CE (anche quando la direttiva 2004/22/CE consente alternative);

— qualora il requisito non sia pienamente coperto, viene fornita una breve spiegazione di quanto è coperto.

L'indicazione «non coperto» significa che il requisito della direttiva 2004/22/CE non è compatibile con il corrispondente requisito di OIML R 107-1 o che non è incluso in esso.

L'indicazione «non pertinente» significa che il requisito dell'allegato I della direttiva 2004/22/CE non è pertinente per i totalizzatori a funzionamento discontinuo.

Requisiti essenziali di cui alla direttiva MID (allegato I e MI-006 parte comune e capitolo IV)	OIML R 107-1 edizione 2007	Osservazioni
Allegato I		
1.1	2.2, 4.1.1	Coperto
1.2	4.1.2, 4.2.1, 4.2.4	Coperto (salvo per i campi elettromagnetici continui permanenti)
1.3	5.1.1	Coperto
1.3.1	2.7.1.1, 4.2.3	Coperto salvo per l'umidità con condensazione e per l'ubicazione prevista
1.3.2		Non pertinente
1.3.3		
a) E1		
a) E2		
a) E3	A.7.4.6	Coperto a condizione che l'impulso di prova 5, livello di prova IV sia impiegato conformemente alla norma ISO 7637-2:2004 (E)
b)	A.7.4.1, A.7.4.2, A.7.4.4, A.7.4.5.1, A.7.4.5.2, A.7.4.3	Coperto per E1 Coperto per E2 a condizione che siano utilizzati i livelli di severità specificati in OIML D11 (2004)
1.3.4	2.7.2, 4.2.8, A.7.3.4, A.7.3.5, 4.2.5, A.5.3	Coperto a condizione che siano utilizzati i livelli di severità specificati in OIML D11 (2004)
1.4		
1.4.1	A.7.1, allegato A	Coperto
1.4.2	A.7.3.3, 4.2.3	Coperto salvo per la prova di calore umido con condensazione
2	6.7.3, A.8	Coperto
3	T.3.9	Coperto
4		Coperto da tutte le altre prove

Requisiti essenziali di cui alla direttiva MID (allegato I e MI-006 parte comune e capitolo IV)	OIML R 107-1 edizione 2007	Osservazioni
5	4.1.3, 6.7.3, A.8	Coperto
6	3.2.2 - 3.2.5, 3.4.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.4	Coperto
7		
7.1	2.6, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.9	Coperto
7.2	3.1, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.7, 3.2.11	Coperto
7.3		Non pertinente
7.4		Non pertinente
7.5	3.1	Coperto
7.6	3.7, 5.1.2.2, 5.2.2, 3.6.2	Coperto salvo per le procedure di test
8		
8.1	4.2.6	Coperto
8.2	3.3	Coperto
8.3	3.6	Coperto
8.4	3.5, 3.6	Coperto
8.5		Non pertinente
9		
9.1	3.9	Coperto salvo per l'indicazione della presenza di dispositivi supplementari
9.2		Non pertinente
9.3	3.7, 3.8, 5.1.1	Coperto
9.4		Non pertinente
9.5	2.3, 3.4.2.1	Coperto
9.6		Non pertinente
9.7	2.8, 3.9	Coperto
9.8	3.9.4, 3.10	Coperto
10		
10.1	2.6, 3.4	Coperto
10.2	2.6, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4	Coperto

Requisiti essenziali di cui alla direttiva MID (allegato I e MI-006 parte comune e capitolo IV)	OIML R 107-1 edizione 2007	Osservazioni
10.3		Non coperto
10.4		Non pertinente
10.5		Non pertinente
11		
11.1	3.4, 3.5	Coperto
11.2	3.4, 3.5	Coperto
12	5	Coperto
Allegato MI-006		
Definizioni	T.1.2, T.1.4	Coperto

Capitolo I - Requisiti comuni a tutti gli strumenti per pesare a funzionamento automatico

1		
1.1	5.1.1	Coperto
1.2	5.1.1	Coperto
1.3	2.7.1.1	Coperto
1.4	5.1.1	Coperto
2		
3		
3.1	3.1, 3.2	Coperto
3.2	3.2.3, 3.2.9	Coperto
3.3	3.4.1	Coperto
3.4	4.2.2	Coperto
3.5	3.8	Coperto
3.6	3.2.5	Coperto
4		

Capitolo IV - Totalizzatori a funzionamento discontinuo

1	2.1	Coperto
2	2.2.1 (tabella 1)	Coperto
3	2.4	Coperto

Requisiti essenziali di cui alla direttiva MID (allegato I e MI-006 parte comune e capitolo IV)	OIML R 107-1 edizione 2007	Osservazioni
4	2.5	Coperto
5	3.8, 3.8.3	Coperto
6	3.2.7	Coperto
7	3.4.3	Coperto
8		
8.1	2.2.2 (tabella 2)	Coperto
8.2	T.4.5.6, 4.1.2, 4.2.4.a	Coperto